

質 疑 回 答 書

整理番号 4-委託-8

業務名 環境の森センター・きづがわにおける水質調査業務委託(その2)

令和4年5月30日

番号	質 問 事 項	回 答 事 項
1	採取にあたって、河川は河川への進入でしょうか橋上の作業でしょうか。	河川水の採水は河川への進入となる。
2	放流水は特別必要な器具は必要なく採取できるでしょうか。	放流水は、 ①「幅1000mm深さ1000mmの開放水路内に流れる水」 ②「Φ600mm人孔(タラップ有り)内、地表から深さ2700mmに流れる水」 からの採水となる。なお、②の人孔出入口の蓋を開閉するために必要な器具は貸与するが、採水に要する器具等は採水及び水質調査上問題ないものを受注者が判断し、準備することとする。
3	①生活環境保全項目 大腸菌群数→大腸菌数 (MPN法→メンブランフィルター法) 法改正に伴い、変更となります。	本業務における生活環境保全項目は仕様書に記載する項目のとおりとする。